产品信息表

产品描述：

AlNoVar™ T200病原靶向测序检测试剂盒是一款基于多重PCR建库方法，适用于铭毅智造测序平台和illumina平台的病原检测文库构建试剂盒，主要原理是根据病原微生物基因组信息设计特定的引物序列，通过多重扩增的方式获取目标基因序列，构建成标准的文库，用于基因测序。该试剂盒适用于多种样本类型（痰液、肺泡灌洗液、血液、脑积液等）共检测209种病原，涵盖了95%以上临床常见的病原菌，可实现DNA+RNA病原菌共检，高拷贝数靶标多引物对设计，大大提高了检测灵敏度和准确性。

产品信息：

产品名称	规格	货号
AlNoVar™ T200病原靶向测序检测试剂盒 V4.1（可逆末端终止测序法）	48人份/盒	MG0192/48

试剂盒组成：

管盖颜色	组分	装量			保存温度	运输条件
		规格	货号	装量		
红色	扩增试剂1	48人份/盒	MG0192/48	280 μL	小于-20℃	干冰运输
蓝色	扩增试剂2			800 μL		
绿色	200引物Mix-1			60 μL		
绿色	200引物Mix-2			280 μL		
黄色	扩增试剂3			1156 μL		
白色	NC			1.9 mL		
白色	无核酸酶水			1 mL		
八连排管	引物Mix-3（包含 44 个不同的Index1-44，PE1.0）			4.2 μL/孔×44		
透明色	纯化磁珠			6.5mL	2-8℃	冰袋运输

版本信息：

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2024.07	首次发布

技术支持：

可通过访问铭毅智造网站获得最新的服务和支持信息，联系铭毅智造现场应用经理进行培训和技术支持，下载最新版本的实验操作说明书、质量分析证书（Certificates of Analysis，CoA）和安全数据表（Safety Data Sheet，SDS）。

有限保修：

按照铭毅智造的一般条款和/或合同上的销售条款进行产品有限保修。如有任何问题，请通过售后联系我们。

注意事项：

有关安全和生物危害指南，请阅读安全数据表（Safety Data Sheet，SDS）并遵循操作说明，并在实验操作中佩戴适当的防护眼镜、衣服和手套。

- 请根据当地实验室指南和法规处理生物样本和其他材料，在实验操作中避免样品和试剂的交叉污染，以确保质量要求。
- 为保证实验结果，请按照对应实验操作说明书进行操作。同时，请参阅包装标签上的有效期，切勿使用过期试剂盒。

基本信息：

生产企业名称：江苏铭毅智造科技有限公司
公司地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区跃湖路28号国际医药创新产业园F栋(3号）三楼302室
联系方式：132 6315 0689
售后服务单位名称：江苏铭毅智造科技有限公司
销售邮箱：sales@me-itech.com
网址：www.me-itech.com

扫码关注公众号