
HOGGAN SCIENTIFIC, LLC.

肌力测试位置图谱

图表演示肌力测试仪放置的正确位置和稳定的测试体位

microFET®2



肩关节屈曲

受试者： 仰卧

肩关节位置
屈曲90度

测试仪位置
肘部附近



肩关节伸展

受试者： 仰卧

肩关节位置
屈曲90度

测试仪位置
肘部附近



肩外展

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展90度

测试仪位置
肘部附近




肩部外旋

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展90度

肘关节位置:
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近




肩部内旋

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展45度

肘关节位置:
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近




肘关节屈曲

受试者： 仰卧

肘关节位置:
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近




肘关节伸展

受试者： 仰卧

肘关节位置:
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近
t




前臂旋前

受试者： 仰卧

肘关节位置:
90度

测试仪位置
传力杆20cm处



前臂旋后

受试者： 仰卧

肘关节位置:
90度

测试仪位置
传力杆20cm处




腕伸展

受试者： 仰卧

肘关节位置:
90度

测试仪位置
指关节近端



髋屈曲

受试者： 仰卧

髋关节位置 ：
90度

测试仪位置
股骨髁近端




髋外展

受试者： 仰卧

髋关节位置 ：
0度

测试仪位置
膝关节外侧近端




髋屈曲

受试者： 仰卧

下肢位置:
膝关节伸直，远端肢体用支撑物支撑

测试仪位置
跟腱上踝关节的远端




膝屈曲

受试者： 座位

下肢位置:
臀部和膝盖弯曲90度

测试仪位置
跟腱上踝关节的远端




膝伸直

受试者： 座位

下肢位置:
臀部和膝盖弯曲90度

测试仪位置
踝关节附近




踝背屈

受试者： 仰卧

下肢位置:
膝关节伸直，踝关节中立信背屈

测试仪位置
跖骨附近



踝跖屈

受试者： 仰卧

下肢位置:
膝关节伸直，踝关节中立信背屈

测试仪位置
跖趾关节

3653 W 1987 S 北京吉品时代科技有限公司中国区正式授权代理商正品保障|售后保障|技术保障| 销售热线：4008-936-935 13391963537