HOGGAN SCIENTIFIC, LLC.

肌力测试位置图谱

图表演示肌力测试仪放置的正确位置和稳定的测试体位

microFET®2



肩关节屈曲

受试者： 仰卧

肩关节位置
屈曲90度

测试仪位置
肘部附近



肩关节伸展

受试者： 仰卧

肩关节位置
屈曲90度

测试仪位置
肘部附近



肩外展

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展90度

测试仪位置
肘部附近



肩部外旋

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展90度

肘关节位置：
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近



肩部内旋

受试者： 仰卧

肩关节位置
外展45度

肘关节位置：
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近



肘关节屈曲

受试者： 仰卧

肘关节位置：
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近



肘关节伸展

受试者： 仰卧

肘关节位置：
弯曲90度

测试仪位置
手腕附近
t



前臂旋前

受试者： 仰卧

肘关节位置：
90度

测试仪位置
传力杆20cm处



前臂旋后

受试者： 仰卧

肘关节位置：
90度

测试仪位置
传力杆20cm处



腕伸展

受试者： 仰卧

肘关节位置：
90度

测试仪位置
指关节近端



髋屈曲

受试者： 仰卧

髋关节位置 ：
90度

测试仪位置
股骨髁近端



髋外展

受试者： 仰卧

髋关节位置 ：
0度

测试仪位置
膝关节外侧近端



髋屈曲

受试者： 仰卧

下肢位置：
膝关节伸直，远端肢体用支撑物支撑

测试仪位置
跟腱上踝关节的远端



膝屈曲

受试者： 座位

下肢位置：
臀部和膝盖弯曲90度

测试仪位置
跟腱上踝关节的远端



膝伸直

受试者： 座位

下肢位置：
臀部和膝盖弯曲90度

测试仪位置
踝关节附近



踝背屈

受试者： 仰卧

下肢位置：
膝关节伸直，踝关节中立信背屈

测试仪位置
跖骨附近



踝跖屈

受试者： 仰卧

下肢位置：
膝关节伸直，踝关节中立信背屈

测试仪位置
跖趾关节

3653 W 1987 S 北京吉品时代科技有限公司中国区正式授权代理商正品保障|售后保障|技术保障| 销售热线： 4008-936-935 13391963537